

Pièces détachées

1 articulation malléolaire en alliage léger.

	B30
Vis de serrage	V02620

	B52/B60/B61/B62
Té d'articulation	B4502
Axe d'articulation	B4503A
Vis d'articulation	V0130

Utilisation

Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de classe identique.

Ces pièces sont compatibles avec d'autres systèmes du marché, sous réserve qu'elles correspondent à la même classe.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage 10 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

- ⤿ L'articulation malléolaire doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



B30



B61

Désignation

Articulation malléolaire pour pied articulé A50/A51/A52

- ⤿ B30 : Malléole pour prothèse tubulaire de diamètre 30 mm
- ⤿ B52 : Malléole pour prothèse en bois
- ⤿ B60/B61/B62 : Malléole avec bas de jambe de bois

Destination

Articulation malléolaire entrant dans la fabrication de prothèses du membre inférieur

- ⤿ Limite de poids : 75 kg

Pièces détachées

1 articulation malléolaire en alliage léger.

	B30
Vis de serrage	V02620

	B52/B60/B61/B62
Té d'articulation	B4502
Axe d'articulation	B4503A
Vis d'articulation	V0130

Utilisation

Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de classe identique.

Ces pièces sont compatibles avec d'autres systèmes du marché, sous réserve qu'elles correspondent à la même classe.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage 10 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

- ⤿ L'articulation malléolaire doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

B30 / B52 / B60 / B61 / B62



B30



B61

Désignation

Articulation malléolaire pour pied articulé A50/A51/A52

- ⤿ B30 : Malléole pour prothèse tubulaire de diamètre 30 mm
- ⤿ B52 : Malléole pour prothèse en bois
- ⤿ B60/B61/B62 : Malléole avec bas de jambe de bois

Destination

Articulation malléolaire entrant dans la fabrication de prothèses du membre inférieur

- ⤿ Limite de poids : 75 kg