

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ⌋ L'adaptateur doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⌋ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⌋ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⌋ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⌋ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller
- ⌋ Nettoyer le produit avec un chiffon humide

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.



Désignation

Adaptateur pyramidale mâle/mâle.

Destination

Élément de structure entrant dans la fabrication de prothèses endosquelettiques du membre inférieur

- ⌋ Testé ISO 10328 P6 136 kg

Compatibilité

L'ensemble de la gamme STARMAX.

Réglages

Amplitude d'angulation : +/- 9° par rapport à l'axe de référence.

Donner l'angulation voulue avec les 4 vis présentes sur les adaptateurs femelles, d'après les limites fixées.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ⤿ L'adaptateur doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller
- ⤿ Nettoyer le produit avec un chiffon humide

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.



Désignation

Adaptateur pyramidale mâle/mâle.

Destination

Élément de structure entrant dans la fabrication de prothèses endosquelettiques du membre inférieur

- ⤿ Testé ISO 10328 P6 136 kg

Compatibilité

L'ensemble de la gamme STARMAX.

Réglages

Amplitude d'angulation : +/- 9° par rapport à l'axe de référence.

Donner l'angulation voulue avec les 4 vis présentes sur les adaptateurs femelles, d'après les limites fixées.